防爆合格证

证书编号：CQC 25.0313X

制 造 商： 东莞万创电子制品有限公司

注册地址： 广东省东莞市虎门镇树田宝群路 1 号

产品名称： 防爆型测振仪

型号规格： AM63□

防爆标志： Ex ib IIC T4 Gb

产品标准： Q/WC002-2025

总装图号： 2-63A0-2000-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.4-2021 《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》

备 注：

1. AM63□ 系列型号解释：AM 代表产品系列，63 代表产品代号，□代表含义详见合格证附件；
2. 产品额定电压：DC 3.7V，额定电流：20mA；
3. 产品采用单节 523450/1000mAh 型锂离子电池供电，电池标称电压 3.7V，标称容量 1000mAh；
4. 外壳防护等级 IP20；
5. 使用环境温度：0℃≤Ta≤+40℃；
6. 信号输出端本安参数：

   Uo:5.36V Io:27mA Po:36.1mW Co:300nF Lo:0.5mH

发证日期： 2025 年 08 月 25 日

有效期至： 2030 年 08 月 24 日

签发：朱琳

中国质量认证中心有限公司

注:1、本证书仅对与认可文件和送检样品一致的产品有效,证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

2、该证书需与对应的检测报告同时使用方有效。

地址:中国广东省广州市黄埔区新庄二路34号 邮政编码:511356 电话:+86 20 82966853-8015

证书查询网址:https://www.cqc.com.cn/www/southchinalab/

防爆合格证附件

证书编号：CQC 25.0313X

本证书与附件应同时使用，信息查验说明见证书页。

1、严禁在爆炸性危险场所充电、更换电池；

2、在爆炸性危险场所内使用时，探头部分应避免 4J 以上的机械冲击；

3、其他安全使用注意事项详见使用说明书；

4、型号中“□”代表产品外壳颜色，代号及含义如下：

序号	代号	外壳颜色
1	A	PANTONE 冷灰 11C
2	B	PANTONE 114C
3	C	PANTONE 021C
4	D	PANTONE 137C
5	E	PANTONE 335C
6	F	PANTONE 298C
7	G	PANTONE 151C
8	H	PANTONE 1788C
9	S	黑色
	以下空白	

签发：朱冰

中国质量认证中心有限公司

注:1、本证书仅对与认可文件和送检样品一致的产品有效,证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

2、该证书需与对应的检测报告同时使用方有效。

地址:中国广东省广州市黄埔区新庄二路34号　　邮政编码:511356　　电话:+86 20 82966853-8015

证书查询网址:https://www.cqc.com.cn/www/southchinalab/